

Regulamin montażu aparatu X-MIND®

A. Regulamin montażu X-MIND® prime

1. MEDIF spółka z o.o. sp.k. („MEDIF”) oświadcza że jest autoryzowanym serwisem firmy ACTEON w zakresie urządzeń radiologicznych.
2. Firma MEDIF gwarantuje montaż urządzenia firmy ACTEON model PRIME przez wykwalifikowany personel ze wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami oraz certyfikatami.
3. Data instalacji jest umawiana z inżynierem serwisu firmy MEDIF z wyprzedzeniem, pomiędzy klientem a przedstawicielem firmy MEDIF.
4. Instalacja urządzenia trwa dwa dni robocze.
5. Klient zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia podczas prac instalacyjnych oraz wyłączenia ich z użytkowania na czas montażu urządzenia.
6. Klient zobowiązany jest do przekazania przedstawicielowi firmy MEDIF kompletnej dokumentacji zgodnie z dokumentacją wstępną.
7. Na podstawie dokumentacji wstępnej inżynier serwisu określa najlepszy sposób mocowania urządzenia oraz informuje klienta o sposobie montażu.
8. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych wszystkie szczegóły są ustalane z klientem i dopiero po ich akceptacji z obydwu stron, ekipa instalacyjna przystępuje do pracy.
9. Pracownik firmy MEDIF ma prawo odmówić instalacji urządzenia w przypadku gdy wytyczne montażu ze strony klienta zagrażają bezpieczeństwu lub są niezgodne z zasadami BHP.
10. Zaleca się by urządzenie miało dedykowaną linię zasilania i było podłączone wyłącznie do niej, zgodnie z wytycznymi. W przypadku odmowy, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej pracy sieci energetycznej.
11. Inżynier serwisu ma prawo odmówić instalacji w przypadku gdy ściany w gabinecie nie spełniają minimalnych wymogów wytrzymałościowych lub gdy klient nie dostarczy dokumentacji zgodnie z dokumentacją wstępną.
12. Minimalne wymagania wytrzymałościowe ścian:
 - a. Cegła pełna 120 mm
 - b. Cegła ceramiczna/Pustak Ceramiczny/Bloczek YTONG PP4 250 mm
 - c. Beton pełny zbrojony: 150 mm
13. W przypadku innej konstrukcji ścian, do urządzenia wymagana jest dedykowana podstawa lub inne rozwiązanie technologiczne, zapewniające stabilność montażu urządzenia.
14. W przypadku innego rozwiązania technologicznego w zakresie montażu konieczna jest konsultacja i zgoda z działem serwisu MEDIF.
15. Koszt instalacji innego rozwiązania technologicznego pokrywa klient
16. Instalacja urządzenia może się przedłużyć z przyczyn niezależnych od firmy MEDIF na co klient wyraża zgodę.
17. Klient zobowiązuje się na udostępnienie lokalu serwisowi co najmniej 8 godzin na dobę
18. Przewód Ethernet pomiędzy tomografem, a stacją roboczą oraz przewód od ekspozytora zostanie przeprowadzony w najmniej widoczny sposób po wcześniejszym uzgodnieniu ścieżki z klientem. Nie może być on jednak dłuższy niż 5 m.

19. Po stronie klienta jest doprowadzenie zasilania do urządzenia w odległości nie większej niż 2 m od planowanego miejsca instalacji urządzenia.
20. Zasilanie urządzenia powinno być dedykowane oraz zabezpieczone: wyłącznikiem głównym, różnicowo-prądowym, zabezpieczeniem nadprądowym B16, zabezpieczeniem odgromowym
21. Miejsce przyłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej powinno być w natynkowej lub podtynkowej puszcze instalacyjnej na wysokości 80 cm nad podłożem.
22. Przewody zasilające urządzenie powinny być co najmniej 3 x 2,5 mm.
23. W przypadku konieczności przedłużenia przewodów Ethernet lub ekspozytor koszt przewodu pokrywa klient.
24. Mocowanie wszystkich przewodów przez serwis polega na przyklejeniu ich do elementów stałych za pomocą kleju termotopliwego.
25. Firma MEDIF nie świadczy prac budowlano-wykończeniowych takich jak: malowanie, tynkowanie, kładzenie gładzi, stawianie ścian itp.
26. Firma MEDIF nie świadczy usług z zakresu instalowania osłon stałych. Jest to po stronie klienta.
27. Instalacja kończy się protokołem odbioru podpisanym przez klienta.
28. Pudełka kartonowe po instalacji urządzenia pozostają u klienta. Na życzenie klienta istnieje możliwość ich utylizacji przez firmę MEDIF w cenie 500 zł brutto.
29. W przypadku gdy klient decyduje się na samodzielne przygotowanie okablowania pod montaż urządzenia winien jest się zapoznać z informatorem dla klienta z zakresu „przygotowania do instalacji X-MIND® Prime” oraz stosować się do informacji w nim zawartych. Informator jest dostępny na stronie:
<https://www.medif.com/fordentistry/pl/serwis/>
30. Klient oświadcza że zapoznał się z powyższym regulaminem i go akceptuje własnoręcznym podpisem.

.....
Podpis klient

.....
Podpis przedstawiciela MEDIF

B. Dokumentacja wstępna X-MIND® prime

1. Adres klienta

Miejscowość:

Ulica:

Numer lokalu:

Nazwa gabinetu:

Osoba kontaktowa:

Numer telefonu:

Piętro:

Winda TAK/NIE**

Rodzaj urządzenia*

PAN	☐
PAN+CBCT	☐
PAN+CBCT+CEFALO	☐

Podstawa do urządzenia*

Tak	☐
Nie	☐
Inne rozwiązanie tech.	☐

Przygotowanie okablowania*

Przez serwis	☐
Indywidualnie	☐

Dokumentacja techniczna* (posiadana przez klienta)

Projekt budowlany	☐
Projekt osłon stałych	☐


Strona cefalometru*

Prawa	☐
Lewa	☐

*właściwe zaznaczyć krzyżykiem

**niewłaściwe skreślić

C. Szkic sytuacyjny (wykonany przez przedstawiciela MEDIF)



Proszę o zaznaczenie:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Drzwi z kierunkiem otwierania | 6. Kaloryferów (jeśli występują) |
| 2. Okien | 7. Mebli (jeśli występują) |
| 3. Miejsca instalacji tomografu | |
| 4. Miejsca instalacji Stacji roboczej | |
| 5. Miejsca ekspozytora | |